

湖北省政府采购评审专家抽取结果表

项目详情

项目名称:	大冶市人民医院GE IGS540血管机维保服务	采购方式:	单一来源
评审开始时间:	2024-06-04 14:00	评审结束时间:	2024-06-04 15:00
		政府采购计划确 认书:	无
抽取单位:	湖北省成套招标股份有限 公司	抽取单位联系 人:	张忠全
采购单位:	大冶市人民医院	抽取单位电话:	15271908084
评审地址:	湖北省黄石市黄石经济技 术开发区金山大道185号 光谷联合科技城A区5栋 602	采购人代表:	无
		预算金额:	155 万元

专家详情

专家名称	专业名称	单位
高晓霞	医疗设备维修和保养服务	鄂州市妇幼保健院
游佳清	医疗设备维修和保养服务	湖北理工学院
廖静	医疗设备维修和保养服务	鄂州市房征办



单一来源采购论证专家签到表

项目名称：大冶市人民医院 GE IGS540 血管机维保服务采购

项目编号：HBCZ-2404050633-241476

2024年06月04日

序号	姓名	单位	职务/职称	联系方式	备注
1	廖文	鄂州市中心医院	中办	1810716133	
2	王斌	鄂州市中心医院	主任	13597697166	
3	王斌	鄂州市中心医院	主任	13971994459	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高屹霞	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 鄂州市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 大冶市人民医院 GE IGS540 血管机维保服务	
	供应商名称: 湖北南瞻科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>因GE IGS540血管机属于原装进口设备,也是高端精密大型医疗设备,原厂具有其独有技术。设备精密度高,零配件质量及更换操作技术成熟度对设备的性能指标可能会造成一定影响,非原厂维护在人员配备、技术专业性及零配件货源上难以提供可靠保障。另外GE血管机采用GE公司生产的独有原装滤芯,故本项目采购内容具备唯一性,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	高屹霞	日期: 2024年6月4日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡静
	职称: 中组
	工作单位: 鄂州市公安局
项目信息	项目名称: 大冶市人民医院 GE IGS540 血管机维保服务
	供应商名称: 湖北南瞻科技有限公司
专业人员论证意见	<p>GE IGS540 血管机是高端精密大型医疗设备, 设备价值大, 技术含量高。采用的运动电源、探测器、后处理工作站以及远程影像诊断系统等关键软硬件均由GE原厂提供, 原厂具有其专有技术。血管机球管是高危耗材件, 血管机专用球管只有GE独家供应以保障设备中稳定运行和自身使用寿命。为保障大型医疗设备安全及临床科室业务正常开展, 与原供应商一致性、兼容性、售后服务性等。建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>胡静</p> <p>日期: 2024年6月10日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 游浩博
	职称: 高级工程师
	工作单位: 湖北院
项目信息	项目名称: 大冶市人民医院 GE IGS540 血管机维保服务
	供应商名称: 湖北南瞻科技有限公司
专业人员论证意见	<p>因 GE IGS540 血管机属于介入手术治疗类大型血管造影 DSA 放射设备, 设备价值大, 技术含量高, 是医疗精密, 复杂设备, 其专用之电源, 探测器, 图像处理, 作站以及图像传输系统等关键部件均由 GE 原厂提供, 原厂具有其专利权。原厂或其授权代理商维修经验丰富, 能及时排除故障隐患, 以保证设备的故障率与使用寿命和设备使用寿命。故, 为保障大型设备原厂售后及临床科室工作正常开展, 并确保设备正常运行, 尤其是与原厂原厂一致性, 兼容性, 稳定性, 安全性, 建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>游浩博</p> <p>日期: 2024 年 6 月 4 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。